Symbolübersicht

Icon overview

Inkontinenz
Incontinence



Kein Urin
No urine

Wenig
Little

Mittel
Medium

Viel
A lot

Voll
Full

Sturzerkennung
Fall detection



Sturzverdacht
Suspected fall

Sicherer Bereich
Safe Zone



Sicherer Bereich verlassen
Left Safe Zone

Körperposition
Body position



Beispiel:
Example:



Rechte Seite (ca. 30°)
Right side (ca. 30°)

Lagerungsintervall erreicht
Repositioning interval reached

TZMO Deutschland GmbH, Waldstraße 2, 16359 Biesenthal | www.tzmo.de

AssistMe GmbH | Joachimsthaler Str. 20, 10719 Berlin | support@assistme.io | +49 30 221 848 700

Symbolübersicht

Icon overview

Vom Symbol zur Aktion

From icon to action



Systemereignisse

System events

Clip-Verbindung fehlerhaft
Faulty Clip connection

Kein Clip am IKM befestigt
No Clip connected to ICP

Clip nicht korrekt angebracht
Clip not properly attached

2 Clips zeitgleich in Benutzung
2 Clips in use at the same time

Clip vermutlich entsorgt
Clip probably disposed

Clip aufladen
Clip needs charging

Clip-Batterie leer
Clip battery empty

Keine Daten-verbindung
No data connection

TZMO Deutschland GmbH, Waldstraße 2, 16359 Biesenthal | www.tzmo.de

AssistMe GmbH | Joachimsthaler Str. 20, 10719 Berlin | support@assistme.io | +49 30 221 848 700