# Bestandteile der Hardware *Hardware components*

**alea Helpdesk**
**Weitere Antworten und Erklärungen**
*Further answers and explanations*

## Seni Smart IKM mit Sensorstreifen

*Seni Smart incontinence product with sensor strip*

**Mit Clip: Mit Clip: Detektiert Urin, Körperposition, Sturzverdachte und das Verlassen des sicheren Bereichs.**
*With Clip: Detects urine, body position, suspected falls, and exits from the Save Zone.*



## Cliptasche des Seni Smart IKM

*Clip pocket of the Seni Smart incontinence product*

**Verbindet Clip und Sensorstreifen.**
*Connects Clip and sensor strip.*

## Clip

**Wird am Seni Smart Inkontinenzprodukt befestigt und erkennt Daten vom Sensorstreifen, z.B. Urin-Füllstand.**
*Gets attached to the Seni Smart incontinence product and recognizes data from the sensor strip, e.g. urine levels.*



## Clip-LED

**Die LED-Leuchte zeigt an, dass sich der Clip-Status geändert hat.**
*The LED light indicates that the Clip status has changed.*

### Clip ↔ IKM *(Incontinence product)*

| | |
|---|---|
| **Kein Licht** *No light* | **Clip funktioniert nicht. \| A) Clip aufladen, bisherigen Clip weiterverwenden oder neuen Clip am IKM anbringen. B) Anderes IKM verwenden. C) Support kontaktieren.** *Clip is not working. \| A) Charge the Clip, and attach a new Clip to the incontinence product. B) Use a different . C) Contact support.* |
| **Grün (aufblinkend)** *Green (flashing)* | **Clip erfolgreich verbunden (LED erlischt nach wenigen Sekunden).** *Clip successfully connected (LED goes off after few seconds).* |
| **Blau (aufblinkend)** *Blue (flashing)* | **Clip sucht Verbindung. Status ändert sich nach wenigen Sekunden.** *Clip searching for connection. Status changes after a few seconds.* |
| **Rot (aufblinkend)** *Red (flashing)* | **Clip nicht ordnungsgemäß mit Sensorstreifen verbunden. \| A) Anbringung prüfen: Die 4 mittleren goldenen Clip-Kontakte müssen vom Sensorstreifen bedeckt sein, dabei darf Sensorstreifen nicht knicken. B) Clip aufladen und den zuvor verwendeten Clip wieder am IKM anbringen. C) Support kontaktieren.** *Clip not properly connected. \| A) Check attachment: The 4 center gold contacts of the Clip must be covered by the sensor strip – do not bend the strip. B) Charge the Clip, and attach the previously used Clip back to the incontinence product. C) Contact support.* |

## Dock

**Lädt die Clips und sendet Daten in die alea®-Cloud, wo sie in Pflegeinformationen umgewandelt werden.**
*Charges the Clips and sends the data to the alea® Cloud, where they get converted into care information.*



### Clip ↔ Dock

| | |
|---|---|
| **Grün (aufblinkend)** *Green (flashing)* | **Clip-Batterie voll.** *Clip battery full.* |
| **Gelb (aufblinkend)** *Yellow (flashing)* | **Clip-Batterie mittel. Verwendung möglich, volle Aufladung empfohlen.** *Clip battery mid. Usage possible, full charge recommended.* |
| **Rot (aufblinkend)** *Red (flashing)* | **Clip-Batterie niedrig. Vor Verwendung aufladen.** *Clip battery low. Charge before use.* |

## Router

**Unterstützt die Dock und sorgt für reibungslosen Datentransfer in allen Bereichen der Pflegeeinrichtung.**
*Supports the Dock and ensures smooth data transfer in all areas of the care facility.*



# Handhabung der Hardware *Hardware handling*

**alea Helpdesk**
**Weitere Antworten und Erklärungen**
*Further answers and explanations*

## Clip am IKM befestigen
*Attach the Clip to the incontinence product*



**Clip in die Tasche auf der Vorder- oder Rückseite des frischen IKMs einführen und schließen. Die 4 mittleren goldenen Clip-Kontakte müssen vom Sensorstreifen bedeckt sein, dabei darf der Sensorstreifen nicht knicken. Grünes Aufleuchten des Clip-LEDs bestätigt eine erfolgreiche Verbindung. Dann IKM an Bewohner anlegen.**
*Insert the Clip into the pocket on the front or back of the fresh incontinence product and close it. The 4 center gold contacts of the Clip must be covered by the sensor strip – do not bend the strip. A green flash of the Clip's LED confirms a successful connection. Then fit the incontinence product on the resident.*

## Clip öffnen
*Open the Clip*



**Clip mit Daumen und Zeigefinger öffnen.**
*Open the Clip with index finger and thumb.*

## Benutztes IKM entsorgen
*Dispose of the used incontinence product*



**Clip vom IKM lösen, ggf. reinigen und in Dock ein. führen. Clip NICHT zusammen mit IKM entsorgen.**
*Remove Clip from the incontinence product, clean it, and enter it into the Dock. Do NOT dispose of the Clip together with the incontinence product.*

## Clip auseinandernehmen
*Dissassemble the Clip*




**Clip um 90° öffnen. Dann die beiden Teile auseinanderziehen.**
*Open the Clip by 90°. Then pull the two parts apart.*

## Clip reinigen
*Clean the Clip*



**Clip unter fließendem Wasser reinigen, dann desinfizieren und abtrocken. Clip dabei auseinandernehmen, wenn nötig.**
*Wash the Clip under running water, then disinfect it and dry it off. Disassemble, if necessary.*

## Clip aufladen
*Charge the Clip*



**Trockenen Clip in Dock einführen und mind. 30 Min. laden. Nach jedem IKM-Wechsel den benutzten Clip gegen aufgeladenen Clip im Dock tauschen.**
*Insert the dry Clip into the Dock and charge it for at least30 min. After each incontinence product change, swap the used Clip for a charged one from the Dock.*


TZMO Deutschland GmbH, Waldstraße 2, 16359 Biesenthal | www.tzmo.de
AssistMe GmbH | Joachimsthaler Str. 20, 10719 Berlin | support@assistme.io | +49 30 221 848 700